



Managua, 26 de octubre de 2023
DGA-TIGG-5238-10-2023



Estimados Oferentes:

Después de saludarles cordialmente, por este medio en mi condición de Directora General de Adquisiciones del Ministerio de Salud y Presidenta del Comité de Evaluación del proceso de Licitación Selectiva No. **LS-18-10-2023 "Equipamiento de Rehabilitación del Puesto de Salud El Empalme en Rosita"**, les notifico las respuestas del Comité de Evaluación a solicitud de aclaración al PBC y la Modificación No.1 al PBC

Este documento será publicado en el Portal del SISCAE: www.nicaraguacompra.qob.ni

I- El Comité de Evaluación respondió las solicitudes de aclaración al PBC realizadas por escrito de parte de potenciales oferentes, de la siguiente manera:

Item 6 – Camilla de examen ginecológico.

CONSULTA No. 1

2.4.- Soporte para piernas:	Acolchonados y forradas de vinil
-----------------------------	----------------------------------

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

2.4.- Soporte para piernas:	Acolchonados y forradas de vinil o estructura epoxy
-----------------------------	---

Comité Responde: Se mantiene la especificación técnica solicitada en la ficha técnica del equipo en mención, de acuerdo a lo descrito en el PBC.

CONSULTA No. 2

2.5.- Colchón de espuma de alta densidad:	Tapizado con vinil y fácilmente extraíble de la plataforma de la camilla.
---	---

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

2.5.- Colchón de espuma de alta densidad:	Tapizado con vinil removible o removible por medio de perno.
---	--

Comité Responde: Ver modificación No. 1.



**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD!**

**CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA
MINISTERIO DE SALUD**

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios"
Costado oeste Colonia 1ero. de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni



Consulta No. 3

2.7.- Patas de la camilla	Provistas de niveladores antideslizantes
---------------------------	--

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

2.7.- Patas de la camilla	Provistas de niveladores o tapones antideslizantes
---------------------------	--

Comité Responde: Ver Modificación No. 1.

Item 11 – Estetoscopio adulto.

Consulta No. 1

2.2. Campana ó cápsula doble de acero inoxidable integrada por:	Diafragma y campana
---	---------------------

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

2.2. Campana ó cápsula sencilla de acero inoxidable integrada por:	Diafragma y campana
--	---------------------

Comité Responde: Se mantiene la especificación técnica solicitada en ficha técnica del equipo en mención de acuerdo a lo descrito en el PBC.

Item 22 – Resucitador Manual (adulto/pediátrico/neonatal)

CONSULTA NO.1

2.6.5.- Sistema de limitación de presión:	Aproximadamente 70 cm H2O
---	---------------------------

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

2.6.5.- Sistema de limitación de presión:	Aproximadamente 60 cm H2O
---	---------------------------

Comité Responde: Ver modificación No. 1.

CONSULTA NO. 2

3.6.4.- Volumen del reanimador:	635 ml aproximadamente
---------------------------------	------------------------

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

3.6.4.- Volumen del reanimador:	500 ml aproximadamente
---------------------------------	------------------------

Comité Responde: Se mantiene la especificación técnica solicitada en ficha técnica del equipo en mención de acuerdo a lo descrito en el PBC.

CONSULTA NO. 3

4.6.4.- Volumen del reanimador:	220 ml aproximadamente
---------------------------------	------------------------

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

4.6.4.- Volumen del reanimador:	200 ml aproximadamente
---------------------------------	------------------------

Comité Responde: Ver Modificación No. 1.

Item 32 – Mamparas

CONSULTA NO. 1

Dimensiones mínimas (de cada cuerpo)	Ancho 75 cms
	Alto 177 cms

- Solicitamos se pueda modificar la especificación técnica quedando de la siguiente manera:

Dimensiones mínimas (de cada cuerpo)	Ancho 58 cms
	Alto 177 cms

Comité Responde: Ver Modificación No. 1



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios,
Costado oeste Colonia lero. de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni



PBC Inicial		Modificación No.1 al PBC	
2.7.- Patas de la camilla	Provistas de niveladores antideslizantes	2.7.- Patas de la camilla	Provistas de niveladores o tapones antideslizantes

Item 22 – Resucitador Manual (adulto/pediátrico/neonatal)

PBC Inicial		Modificación No.1 al PBC	
2.6.5.- Sistema de limitación de presión:	Aproximadamente 70 cm H2O	2.6.5.- Sistema de limitación de presión:	60 cm H2O ó mayor

PBC Inicial		Modificación No.1 al PBC	
4.6.4.- Volumen del reanimador:	220 ml aproximadamente	4.6.4.- Volumen del reanimador:	200 ml ó mayor

Item 32 – Mamparas

PBC Inicial		Modificación No.1 al PBC	
Dimensiones mínimas (de cada cuerpo)	Ancho 75 cms	Dimensiones mínimas (de cada cuerpo)	Ancho 58 cms
	Alto 177 cms		Alto 177 cms

Se Anexan Fichas Técnicas Modificadas de los ítems # 6, 22 y 32.

Atentamente,


Lic. Tania García González
Directora General de Adquisiciones





Expediente/MFBV

**FE,
FAMILIA
Y COMUNIDAD!**

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE SALUD

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios,
Costado oeste Colonia Iero. de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni

ITEM	6
NOMBRE DEL EQUIPO	Camilla de examen ginecológico
CANTIDAD:	1
FABRICANTE:	
PAÍS DE ORIGEN:	
MARCA:	
MODELO:	
1.- COMPOSICIÓN:	
1.1.- Unidad principal	1 Unidad
1.2.- Soporte para piernas	1 Par
1.3.- Colchón de espuma de alta densidad forrado de vinil:	1 Unidad
1.4.- Bandeja gaveta o depósito para fluidos.	1 Unidad
2.- ESPECIFICACIONES:	
2.1.- Material de construcción de estructura y plataforma:	Acero Inoxidable AISI 304
2.2.- Gaveta Ginecológica o depósito para fluidos:	Acero Inoxidable
2.3.- Plataforma de la camilla:	Dividida en dos o tres secciones. Sección de pies abatibles o deslizante mediante manivela
2.4.- Soporte para piernas:	Acolchonados y forrados de vinil
2.5.- Colchón de espuma de alta densidad:	Tapizado con vinil removible o removible por medio de perno
	Debe admitir uso de desinfectantes.
	Tapiz lavable e impermeable.
2.6.- Dimensiones : Largo X Ancho X Alto (Del piso a la plataforma)	1800 mm X 555 mm X 750 mm (+/-10%)
2.7.- Patas de la camilla	Provistas de niveladores o tapones antideslizantes
2.8.- Barra de refuerzo que une las cuatro patas	Provista del mismo material de la estructura
Adjunta alguno de los certificados:	FDA, CE, ISO 9001
Catálogos de comercialización del Fabricante	Catálogos de comercialización de fabricante de los bienes ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Los catálogos deberán proveerse en idioma español o traducción simple. En caso de ser necesario el oferente podrá adjuntar catálogos de usuario o manuales técnicos, para demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
3. ACCESORIOS ADICIONALES:	
3.1.- Gradilla de un peldaño integrada o independiente: 01 unidad.	Fabricada totalmente de acero cromado o inoxidable, plataforma provista de dispositivos antideslizantes.
3.2.- Colchón de espuma de alta densidad tapizado en vinil.	01 unidad.

ITEM	6
NOMBRE DEL EQUIPO	Camilla de examen ginecológico
Garantía:	12 Meses a partir de la recepción final.

4

ITEM	22
NOMBRE DEL EQUIPO	Resucitador manual (adulto / pediátrico / neonatal)
CANTIDAD:	2
FABRICANTE:	
PAÍS DE ORIGEN:	
MARCA:	
MODELO:	
1.- COMPOSICIÓN (DEL SET):	
1.1.- Resucitador Manual de Adulto	01 Unidad
1.2.- Resucitador manual Neonatal	01 Unidad
1.3.- Resucitador Manual Pediátrico	01 Unidad
2.- Resucitador Manual Adulto	
2.1.- Balón de insuflación adultos	1 unidad
2.2.- Válvula direccional anti reflujo en "T"	1 unidad
2.3.- Máscara para adultos	1 unidad
2.4.- Estuche para portar equipo	1 unidad
2.5.- Bolsa reservorio de depósito de O2 y tubos para O2	1 Juego
2.6- ESPECIFICACIONES:	
2.6.1.- Resucitador Manual de Adultos	Reutilizable, esterilizable en autoclave a 134 °C, totalmente desarmable, con conexión bolsa de depósito de O2 y conector para manguera de oxígeno.
2.6.2.- Balón de insuflación:	De silicón, para adultos, con asa de sujeción integrada.
2.6.3.- Máscaras para adultos	De silicón
2.6.4.- Volumen del reanimador:	1,300 ml aproximadamente
2.6.5.- Sistema de limitación de presión:	60 cm H2O ó mayor
2.6.6.- Volumen de la bolsa de depósito de O2	1,500 ml aproximadamente
2.6.7.- Conector del paciente:	Externo: 22 mm macho (Normas ANSI / ISO)
	Interno: 15 mm hembra (Normas ANSI / ISO)
2.7.- Adicional:	
2.7.1.- Bolsa Reservorio de oxígeno y tubo para oxígeno	4 Juegos
2.7.2.-Máscara para adultos, silicón	2 unidades
3. Resucitador Manual Pediátrico	
3.1.- Balón de insuflación pediátrico	1 unidad
3.2.- Válvula direccional anti reflujo en "T"	1 unidad
3.3.- Máscara pediátrica	1 unidad
3.4.- Estuche para portar equipo	1 unidad
3.5.- Bolsa reservorio de depósito de O2 y tubos para O2	1 Juego

4

ITEM	22
NOMBRE DEL EQUIPO	Resucitador manual (adulto / pediátrico / neonatal)
3.6.- ESPECIFICACIONES:	
3.6.1. - Resucitador Manual Pediátrico	Reutilizable, esterilizable en autoclave a 134o C, totalmente desarmable, con conexión bolsa de depósito de O2 y conector para manguera de oxígeno.
3.6.2.- Balón de insuflación:	De silicón, pediátrico, con asa de sujeción integrada.
3.6.3.- Máscaras pediátricas	De silicón
3.6.4.- Volumen del reanimador:	635 ml aproximadamente
3.6.5.- Sistema de limitación de presión:	Válvula limitadora de presión de 40 cm H2O aproximadamente
3.6.6.- Volumen de la bolsa de depósito de O2	1,500 ml aproximadamente
3.6.7.- Conector del paciente:	Externo: 22 mm macho (Normas ANSI / ISO)
	Interno: 15 mm hembra (Normas ANSI / ISO)
3.7.- Adicional	
3.7.1.- Bolsa Reservorio de oxígeno y tubo para oxígeno	4 Juegos
3.7.2.- Máscara pediátricas, silicón	2 unidades
4. Resucitador Manual Neonatal	
4.1.- Balón de insuflación neonatal	1 unidad
4.2.- Válvula direccional anti reflujo en "T"	1 unidad
4.3.- Máscara neonatal	1 unidad
4.4.- Estuche para portar equipo	1 unidad
4.5.- Bolsa reservorio de depósito de O2 y tubos para O2	1 Juego
4.6.- ESPECIFICACIONES:	
4.6.1.- Resucitador Manual neonatal	Reutilizable esterilizable en autoclave a 134o C, totalmente desarmable, con conexión bolsa de depósito de O2 y conector para manguera de oxígeno.
4.6.2.- Balón de insuflación:	De silicón, neonatal
4.6.3.- Máscaras neonatal:	De silicón
4.6.4.- Volumen del reanimador:	200 ml ó mayor
4.6.5.- Sistema de limitación de presión:	Válvula limitadora de presión de 40 cm H2O aproximadamente
4.6.6.- Volumen de la bolsa de depósito de O2	300 ml aproximadamente
4.6.7.- Conector del paciente:	Externo: 22 mm macho (Normas ANSI / ISO)
	Interno: 15 mm hembra (Normas ANSI / ISO)
4.7.- Adicional:	
4.7.1.- Bolsa Reservorio de oxígeno y tubos de oxígeno	4 Juegos
4.7.2.- Máscara neonatales de silicón	4 unidades
4.7.3.- Tubo corrugado para suministro de oxígeno:	4 Unidades (25 cm largo x 22 mm diámetro)
Adjuntar alguno de los certificados	FDA, CE, ISO 13485

84

ITEM	32
NOMBRE DEL EQUIPO:	Mamparas
CANTIDAD:	4
FABRICANTE:	
MARCA:	
MODELO:	
1. COMPOSICIÓN	
Mampara de tres cuerpos para dividir camillas.	1 Unidad
2.- ESPECIFICACIONES:	
Estructura	Acero inoxidable
Cortinas	Telas plastificada o de seda de nylon, desmontable y lavables
Cuerpos independientes plegables	3 o 4 cuerpos
Ruedas giratorias	Diametro minimo 45 mm, 6 unidades minimas
Dimensiones minimas (de cada cuerpo)	Ancho 58 cms
	Alto 177 cms
Catálogos de comercialización de fabricante	Catálogos de comercialización de fabricante de los bienes ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Los catálogos deberán proveerse en idioma español o traducción simple. En caso de ser necesario el oferente podrá adjuntar catálogos de usuario o manuales técnicos, para demostrar el cumplimiento de las especificaciones
3. ACCESORIOS:	
Cortinas	1 juego (Telas plastificada desmontable y lavables)
GARANTIA:	12 meses a partir de la recepción final

4